



POUR LA DÉTECTION DU CORONAVIRUS CHEZ LE VEAU





Si la consistance de la selle est solide, éliminez l'excédent à l'aide d'une spatule ou d'un objet propre.

RÉALISATION DU TEST



Prélevez les matières fécales au niveau du rectum du veau. Si la selle est liquide, prélevez-en une cuillère rase.



Diluez le prélèvement dans le liquide contenu dans le flacon.

Bien homogénéiser en évitant la formation de mousse.




DIPFIT?®



■ Déchirez l'enveloppe en aluminium en vous aidant de l'entaille. Une fois que le dispositif est retiré de l'enveloppe, sa stabilité est de courte durée, surtout dans un environnement humide.



- Introduire un dispositif dans le liquide.
- Attendre maximum 10 minutes et interpréter le résultat en utilisant la photo 6.



Précautions d'utilisation

- Le kit doit être conservé à température ambiante dans un endroit sec.
 Porter des gants lors de la réalisation du test.
- L'échantillon à analyser ne doit pas être trop concentré. Ne pas préparer un échantillon supérieur à un volume correspondant à une cuillère rase.
- Eliminer le dispositif en respectant la législation en vigueur en matière de protection de l'environnement et de gestion des déchets biologiques.



Bio-X Diagnostics is ISO 9001:2008 certified to assure the best to its customers

BIO-X DIAGNOSTICS S.A.

38, rue de la Calestienne 5580 Rochefort • BELGIUM T. +32(0)84 32 23 77 • F. +32(0)84 31 52 63 info@biox.com • www.biox.com