DIPFIT®

E.COLI F5 (K99) - BIO K 386
(BOÎTE DE 10 BANDELETTES)

BANDELETTES POUR LA DÉTECTION DU FACTEUR D'ATTACHEMENT F5 (K99) DU COLIBACILLE CHEZ LE VEAU

RÉALISATION DU TEST

■ Prélevez les matières fécales au niveau du rectum du veau. Si la selle est liquide, prélevez-en une cuillère rase.

■ Si la consistance de la selle est solide, éliminez l'excédent à l'aide d'une spatule ou d'un objet propre.

■ Diluez le prélèvement dans le liquide contenu dans le flacon.

Bien homogénéiser en évitant la formation de mousse.

DIPFIT®

4

Déchirez l'enveloppe en aluminium en vous aidant de l'entaille. Une fois que le dispositif est retiré de l'enveloppe, sa stabilité est de courte durée, surtout dans un environnement humide.

5

Introduire un dispositif dans le liquide.

Attendre maximum 10 minutes et interpréter le résultat en utilisant la photo 6.

6



Précautions d'utilisation

- Le kit doit être conservé à température ambiante dans un endroit sec.
- Porter des gants lors de la réalisation du test.
- L'échantillon à analyser ne doit pas être trop concentré. Ne pas préparer un échantillon supérieur à un volume correspondant à une cuillère rase.
- Eliminer le dispositif en respectant la législation en vigueur en matière de protection de l'environnement et de gestion des déchets biologiques.

Bio-X Diagnostics is ISO 9001:2008 certified to assure the best to its customers

Bio-X Diagnostics S.A.
38, rue de la Calestienne
5580 Rochefort • BELGIUM
T. +32(0)84 32 23 77 • F. +32(0)84 31 52 63
info@biox.com • www.biox.com