DIPFIT®

PEDV - BIO K 419
(BOÎTE DE 10 BANDELETTES)

BANDELETTES POUR LA DÉTECTION DU VIRUS DE LA PORCINE EPIDEMIC DIARRHOEA DANS LES MATIÈRES FÉCALES

RÉALISATION DU TEST

Prélevez les matières fécales au niveau du rectum. Si la selle est liquide, prélevez-en une cuillère rase.

Si la consistance de la selle est solide, éliminez l'excédent à l'aide d'une spatule ou d'un objet propre.

Diluez le prélèvement dans le liquide contenu dans le flacon.

Bien homogénéiser en évitant la formation de mousse.

DIPFIT®

4

■ Déchirez l'enveloppe en aluminium en vous aidant de l'entaille. Une fois que le dispositif est retiré de l'enveloppe, sa stabilité est de courte durée, surtout dans un environnement humide.

5

■ Introduire un dispositif dans le liquide.

■ Attendre maximum 10 minutes et interpréter le résultat en utilisant la photo 6.

6



Précautions d'utilisation

- Le kit doit être conservé à température ambiante dans un endroit sec.
- Porter des gants lors de la réalisation du test.
- L'échantillon à analyser ne doit pas être trop concentré. Ne pas préparer un échantillon supérieur à un volume correspondant à une cuillère rase.
- Eliminer le dispositif en respectant la législation en vigueur en matière de protection de l'environnement et de gestion des déchets biologiques.

Bio-X Diagnostics is ISO 9001:2008 certified to assure the best to its customers

BIO-X DIAGNOSTICS S.A.
38, rue de la Calestienne
5580 Rochefort • BELGIUM
T. +32(0)84 32 23 77 • F. +32(0)84 31 52 63
info@biox.com • www.biox.com